

Pressebericht vom 27.12.2016

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
25.12.2016	15:38 Uhr	Schwarzenmoorstr. 70, Herford	25.12.2016. um 17:29 Uhr

Einheiten	Hauptwache, Löschzug Mitte	Eingesetztes Personal
		33
Fahrzeuge	3 Löschfahrzeuge, 1 Teleskopmast, 1 Kommandowagen, 1 Schlauchwagen, 1 Messfahrzeug, 1 Mannschaftstransportwagen	Anzahl Fahrzeuge
		8
Einsatzmittel	1 C-Schlauch, 1 Wärmebildkamera, 1 mobiler Rauchschutzvorhang	
Einsatzart	Elektrobrand im Gebäude	
Ursache	Vermutlich elektrischer Kurzschluss	
Schadenssumme	geschätzt ca. 500 €	
Verletzte / Getötete	keine	

Einsatzablauf	<p>Am ersten Weihnachtsfeiertag mussten die Hauptamtliche Wache und der Löschzug Mitte zu einem Brand in das Klinikum Herford ausrücken. Gegen 15:38 hatte die automatische Brandmeldeanlage auf der Station 4 B im Wirtschaftsraum einen Brand gemeldet. Bereits auf der Anfahrt wurde die Wache informiert, dass es sich um einen Realbrand handelte, so dass der Wachabteilungsführer die Alarmstufe erhöhen ließ.</p> <p>Vor Ort handelte es sich um einen Elektrobrand in einem Wirtschaftsraum. Dort werden Steckbecken in entsprechenden Spülmaschinen automatisch gereinigt. Der Wachabteilungsführer ordnete in Absprache mit der technischen Leitung des Klinikums eine Evakuierung der Station vor Einleitung der Brandbekämpfung an. Es wurden daraufhin 17 Personen mithilfe des Klinikpersonals von der Station 4B auf die Station 4A evakuiert. Um eine Verrauchung des Flures zu vermeiden wurde mittels Elektrolüfter ein Überdruck aufgebaut und der Flur durch einen mobilen Rauchvorhang geschützt. Der Löschangriff erfolgte über die Steigleitung im Treppenhaus an der Gebäudeaußenseite. Im Brandraum konnte jedoch kein Feuer mehr festgestellt werden. Ein Brandgeruch und eine leichte Verrauchung waren vorhanden. Techniker schalteten die Spülmaschine stromlos und beseitigten somit weitere Gefahren. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt in der Spülmaschine vermutet. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden am Gerät wird auf ca. 500 € geschätzt. Der Einsatz war um 17:29 beendet. Ein zwischenzeitlicher Aufnahmestopp in der Notaufnahme wurde gegen 17:30 aufgehoben.</p>
----------------------	---

(Michael Stiegelmeier)
Leiter der Feuerwehr

(keine Bilder)